

Obwodowy Urząd Miar
w Koszalinie
ul. Harcerska 21
75-073 Koszalin
tel./fax 94 342 35 23

MEC Kołobrzeg Sp. z o.o.
WPLYNEŁO 13.10.14
L. dz. podpis 

AA LOS
16.10.2014

PROTOKÓŁ KONTROLI
NR 171/2017

Kontrolujący:

1. **Włodzimierz Aksiutin**, nr legitymacji IX/66, nr upoważnienia do kontroli 193/2017 z dnia 13 października 2017 r. – przewodniczący zespołu,
2. **Zbigniew Fortuna**, nr legitymacji IX/61, nr upoważnienia do kontroli 194/2017 z dnia 13 października 2017 r.

upoważnieni przez Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar w Koszalinie,

przeprowadzili w dniu 13 października 2017 r. kontrolę w:

Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kollataja 3, 78-100 Kołobrzeg.

Zakres kontroli:

- 1) przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych;
- 2) sprawdzanie spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1;
- 3) sprawdzanie posiadania przez użytkownika przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;
- 4) przestrzegania spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej
- zgodnie z art.22a ust. 1 pkt. 1,2,3 i 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884 z późn. zm.).

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pana **Zygmunta Kornak – Z-cy Kierownika Działu Dyspozycji.**

Kontrolę rozpoczęto o godzinie 9:00.


Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli firmy pod numerem 42 na stronie 10, zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).

Opis ustaleń kontroli: (opis ustalonego podczas kontroli stanu faktycznego, w tym stwierdzone nieprawidłowości)

Kontrolowany został zapoznany przez kontrolujących z zawartym w treści upoważnienia do kontroli pouczeniem o prawach i obowiązkach kontrolowanego oraz o zakresie przeprowadzanej kontroli – art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884 z późn. zm.).

Skontrolowano ogółem pod względem formalnym 11 szt. ciepłomierzy.

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI



.....
(podpis kontrolowanego)

Miejska Energetyka Ciepła
w Kołobrzegu Sp. z o.o.
Zygmunt Kornak
Z-ca Kierownika Działu Dyspozycji

-330259604-
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPŁA
w Kołobrzegu Sp. z o.o.
ul. Kollataja 3, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 260 11 do 15, fax 94 35 228 70
NIP 671-00-11-275

STARSZY INSPEKTOR
Obwodowego Urzędu Miar
w Koszalinie

1.
(podpis przewodniczącego zespołu)


STARSZY INSPEKTOR
Obwodowego Urzędu Miar
w Koszalinie

2.
(podpis kontrolującego)

Ad.1. W zakresie przestrzegania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. Nr 225, poz. 1638 z późn. zm.) – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad.2. Nie sprawdzono spełnienia wymagań.

Ad.3. Sprawdzeniu poddano ciepłomierze zamontowane w węzłach kompaktowych na terenie miasta Kołobrzeg, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej. Firma posiada program komputerowy o nazwie „Zintegrowany System Informatyczny UNISOFT”, zawierająca takie dane jak: typ, numer fabryczny oraz rok produkcji ciepłomierza, datę przeprowadzonej legalizacji, numer węzła oraz jego adres.

W dniu 13 października 2017 r. skontrolowano następujące ciepłomierze w miejscu ich zamontowania, które wytypowano metodą losową:

1. Ciepłomierz produkcji Kamstrup, typ Multical 602 o numerze fabrycznym 65111031/2012, został sprawdzony w ocenie zgodności w systemie „WE” przez jednostkę notyfikowaną „Ne 0200” – „M” w roku „12” łącznie z:
 - przelicznikiem ciepłomierza,
 - przetwornikiem przepływu,
 - parami czujników temperatury.Węzeł ciepłowniczy w budynku przy ul. Chodkiewicza 16.
2. Ciepłomierz produkcji Kamstrup, typ Multical 602 o numerze fabrycznym 69191567/2013, został sprawdzony w ocenie zgodności w systemie „WE” przez jednostkę notyfikowaną „Ne 0200” – „M” w roku „13” łącznie z:
 - przelicznikiem ciepłomierza,
 - przetwornikiem przepływu,
 - parami czujników temperatury.Węzeł ciepłowniczy w budynku przy ul. Bogusława X 22.
3. Ciepłomierz produkcji Kamstrup, typ Multical 602 o numerze fabrycznym 69487866/2014, został sprawdzony w ocenie zgodności w systemie „WE” przez jednostkę notyfikowaną „Ne 0200” – „M” w roku „14” łącznie z:
 - przelicznikiem ciepłomierza,
 - przetwornikiem przepływu,
 - parami czujników temperatury.Węzeł ciepłowniczy w budynku przy ul. Grochowska 3C.
4. Ciepłomierz produkcji Kamstrup, typ Multical 602 numerze fabrycznym 69487867/2014 został sprawdzony w ocenie zgodności w systemie „WE” przez jednostkę notyfikowaną „Ne 0200” – „M” w roku „14” łącznie z:
 - przelicznikiem ciepłomierza,
 - przetwornikiem przepływu,
 - parami czujników temperatury.Węzeł ciepłowniczy w budynku przy ul. Grochowskiej 2C.
5. Ciepłomierz produkcji Kamstrup, typ Multical 602 o numerze fabrycznym 69838856/FY/15, został sprawdzony w ocenie zgodności w systemie „WE” przez jednostkę notyfikowaną „Ne 0200” – „M” w roku „15” łącznie z:
 - przelicznikiem ciepłomierza,
 - przetwornikiem przepływu,
 - parami czujników temperatury.Węzeł ciepłowniczy w budynku przy ul. Drzymały 10.

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI

.....
(podpis kontrolowanego)

Miejska Energetyka Ciepła
w Kołobrzegu Sp. z o.o.

Zygmunt Kornak
Z-ca Kierownika Działu Dyspozycji

-330259604-

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPŁA
w Kołobrzegu Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 260 11 do 15, fax 94 35 228 75
NIP 671-00-11-275

STARSZY INSPEKTOR
Obwodowego Urzędu Miar
w Koszalinie

1. Włodzimierz Aksjutin
(podpis przewodniczącego zespołu)

STARSZY INSPEKTOR
Obwodowego Urzędu Miar
w Koszalinie

2.
(podpis kontrolującego)

6. Ciepłomierz produkcji Kamstrup, typ Multical 602 o numerze fabrycznym 69838860/4Z/15, został sprawdzony w ocenie zgodności w systemie „WE” przez jednostkę notyfikowaną „Ne 0200” – „M” w roku „15” łącznie z:
- przelicznikiem ciepłomierza,
 - przetwornikiem przepływu,
 - parami czujników temperatury.
- Węzeł ciepłowniczy w budynku przy ul. Drzymały 9.
7. Ciepłomierz produkcji Kamstrup, typ Multical 602 o numerze fabrycznym 69191527/2013, został sprawdzony w ocenie zgodności w systemie „WE” przez jednostkę notyfikowaną „Ne 0200” – „M” w roku „13” łącznie z:
- przelicznikiem ciepłomierza,
 - przetwornikiem przepływu,
 - parami czujników temperatury.
- Węzeł ciepłowniczy do ciepłej wody w budynku przy ul. Wojska Polskiego 34B.
8. Ciepłomierz produkcji Kamstrup, typ Multical 602 o numerze fabrycznym 69191526/2013, został sprawdzony w ocenie zgodności w systemie „WE” przez jednostkę notyfikowaną „Ne 0200” – „M” w roku „13” łącznie z:
- przelicznikiem ciepłomierza,
 - przetwornikiem przepływu,
 - parami czujników temperatury.
- Węzeł ciepłowniczy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 34B.
9. Ciepłomierz produkcji Kamstrup, typ Multical 66C o numerze fabrycznym 5205646/2007, posiadał ważny dowód prawnej kontroli metrologicznej – cechę legalizacji „1PL1” i „16” łącznie z:
- przelicznikiem ciepłomierza,
 - przetwornikiem przepływu,
 - parami czujników temperatury.
- Węzeł ciepłowniczy w budynku przy ul. Koniecpolskiego.
10. Ciepłomierz produkcji Kamstrup, typ Multical 66C o numerze fabrycznym 4273828/2002, posiadał ważny dowód prawnej kontroli metrologicznej – cechę legalizacji „4PL2” i „13” łącznie z:
- przelicznikiem ciepłomierza,
 - przetwornikiem przepływu,
 - parami czujników temperatury.
- Węzeł ciepłowniczy w budynku przy ul. Złota 7.
11. Ciepłomierz produkcji Kamstrup, typ Multical 66C o numerze fabrycznym 4524644/2003, posiadał ważny dowód prawnej kontroli metrologicznej – cechę legalizacji „1PL1” i „14” łącznie z:
- przelicznikiem ciepłomierza,
 - przetwornikiem przepływu,
 - parami czujników temperatury.
- Węzeł ciepłowniczy w budynku przy ul. Złota 7.

Ad.4. Warunki właściwego stosowania kontrolowanych przyrządów pomiarowych są przestrzegane /
nie są przestrzegane*

Zabezpieczone przyrządy pomiarowe lub dokumenty:

Nie zabezpieczono.

Uwagi kontrolujących (zastosowane sankcje):

Bez uwag.

Załączniki do protokołu kontroli:

Brak. **PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI**

..... **MARIUSZ CZERNIAK**
(podpis kontrolowanego)

-330259604-

Miejska Energetyka Ciepła
w Kolobrzegu Sp. z o.o.
Zygmunt Kornak
Z-ca Kierownika Działu Dyspozycji

**MIEJSKA ENERGETYKA CIEPŁA
w Kolobrzegu Sp. z o.o.**
ul. Kollataja 3, 78-100 Kolobrzeg
tel. 94 35 260 11 do 15, fax 94 35 228 72
NIP 671-00-11-275

**STARSZY INSPEKTOR
Obwodowego Urzędu Miar
w Koszalinie**

1. **Włodzimierz Aksut**
(podpis przewodniczącego zespołu)



**STARSZY INSPEKTOR
Obwodowego Urzędu Miar
w Koszalinie**

2.
(podpis kontrolującego)

Na tym protokół kontroli zakończono i podpisano w **Kołobrzegu** w dniu 13 października 2017 r. o godzinie 13:45 / kontrolowany odmawia podpisania protokołu kontroli*

**PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI**

.....
(podpis kontrolowanego) -330259604-
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA
Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. w Kołobrzegu Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 260 11 do 15, fax 94 35 228 77
Zygmunt Kornak
Z-ca Kierownika Działu Dyspozycji NIP 671-00-11-275

**STARSZY INSPEKTOR
Obwodowego Urzędu Miar
w Koszalinie**
1.
(podpis kontrolującego) 
**STARSZY INSPEKTOR
Obwodowego Urzędu Miar
w Koszalinie**
2.
(podpis kontrolowanego) 

Pouczenie

Na podstawie art.21 ust.4 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, kontrolowany jest uprawniony do podpisania protokołu kontroli albo podania w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu pisemnego uzasadnienia przyczyny odmowy jego podpisania.

Zgodnie z art. 22k ustawy:

- 1) wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący dokumentują w protokole kontroli;
- 2) protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowany;
- 3) protokół kontroli podpisują kontrolujący i kontrolowany; w przypadku przeprowadzenia kontroli w obecności osoby upoważnionej przez kontrolowanego lub w obecności przywołanego świadka, protokół podpisują także te osoby;
- 4) w przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący powinien uczynić adnotację w tej sprawie w protokole kontroli;
- 5) odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu kontroli przez kontrolujących i nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

Na podstawie art. 79 ust.7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą sdg”, uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się w protokole kontroli.

Na podstawie art. 80b ustawy sdg w przypadku gdy przedsiębiorca wskaże w piśmie, że przeprowadzone czynności zakłócają w sposób istotny działalność gospodarczą przedsiębiorcy, konieczność podjęcia takich czynności powinna być uzasadniona w protokole kontroli.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy sdg kontrolowany przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać w swojej siedzibie protokoły kontroli.

Na podstawie art. 83 ust. 3b ustawy sdg uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli umieszcza się w protokole kontroli.

Kwituję odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli nr 171/2017

**PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI**

.....
(data i podpis kontrolowanego) **MARIUSZ DZIURA**

* niepotrzebne skreślić